

見 本

発行番号 B-3510XXXXXX 号

発行日 20YY 年 MM 月 DD 日

校 正 証 明 書

依 頼 者 XXXXXXXXXXX

製 造 者 株式会社エー・アンド・デイ

校 正 日 20YY 年 MM 月 DD 日

校 正 結 果 別紙 検査成績書のとおり

備 考 なし

品 名	型 式	製 造 番 号
デジタルノギス	AD-5764A-300	XXXXXXXXXX

上記製品は、別紙の検査成績書のとおり校正された事を証明致します。

尚、検査に使用した標準器は、国家標準もしくは国際標準にトレーサブルです。

使用標準器

標 準 器 名	型 式	識 別 記 号	管理番号	有 効 期 限
セラキャリパチエッカ 以下余白	CC-300C	XXXXXX	L-132	20YY年MM月DD日

検査成績書

製 品 名	デジタルノギス	検査年月日	20YY年 MM月 DD日
型 式	AD-5764A-300	温 湿 度	24℃ 40%RH
製 造 番 号	XXXXXXXXXX	検 査 場 所	株式会社 エー・アンド・デイ開発技術センター
検 査 条 件			
使用検査装置			
	標準器名	型式	管理番号
	セラキャリパチエツカ	CC-300C	L-132

外側

設定値 (mm)	表示値 (mm)	許容差 (mm)
0.00	0.00	±0.03
50.00	50.00	±0.03
90.00	90.00	±0.03
150.00	150.00	±0.03
190.00	190.00	±0.03
250.00	250.00	±0.04
300.00	300.00	±0.04

内側

設定値 (mm)	表示値 (mm)	許容差 (mm)
0. 0 0	0. 0 0	±0. 0 3
5 0. 0 0	5 0. 0 0	±0. 0 3
9 0. 0 0	9 0. 0 0	±0. 0 3
1 5 0. 0 0	1 5 0. 0 0	±0. 0 3
1 9 0. 0 0	1 9 0. 0 0	±0. 0 3
2 5 0. 0 0	2 5 0. 0 0	±0. 0 4
3 0 0. 0 0	3 0 0. 0 0	±0. 0 4

総合判定


承認	検査
20YY・MM・DD	20YY・MM・DD

様式N o. QR-012-XXX-XX

見 本

トレーサビリティ体系図（長さ関係）

標準器は下記の体系により国家標準にトレーサブルです



備考 標準器の所有者は図中下記の略号で表示

*A: (株)エーアンドデイ、*B: (株)A&Dマニファクチャリング 深谷事業所、

*C: (株)A&Dマニファクチャリング 日高事業所